gedruckt: 27.08.2019

MORPHISTO
Laborchemikalien & Histologieservice

Zertifiziertes QM-System nach ISO 9001

Sheet of Specification

REF *14122*

BIURET-Reagenz

Zusammensetzung / Content

Art.-Nr.: 14128 Natronlauge / NaOH 0,2 mol/l (~ 0,8 %): 1000 ml/l
$C_4H_4KNaO_6 \cdot 4\ H_2O$: 45 g/l
$CuSO_4 \cdot 5\ H_2O$: 15 g/l
KI: 5 g/l

Use for:

Nachweis von Harnstoff, lösl. Peptiden und Proteinen

Test:		Specification:
☐	**pH-Wert:**	*12,5 – 12,9*
☒	**Farbe:**	*hellblau*
☒	**Oberfläche:**	*glatt*
☐	**Leistungstest:**	*Färbetest*
☒	**Geruch:**	*charakteristisch*
☐	**Dichte:**	
☒	**Absorbtion:**	*Spektrogramm*
☐	**Temp.:**	
☐	**Osmolarität:**	

Spektrogramm Vorgabe:



15 … 25 °C

For Laboratory use only, unless otherwise stated. The information in this document is property of:
MORPHISTO GmbH, Weismüllerstrasse 45, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Rezept_Version:

Formblatt-Ver. 1.2 vom: 11.07.2019