

Sheet of Specification


REF 18685*Natrium-Citrat-Puffer pH 7,0***Zusammensetzung / Content**

1000 ml Aqua bidest / Reinstwasser (CAS-Nr.: 7732-18-5)
142 g di-Natriumhydrogenphosphat wasserfrei p.a. (CAS-Nr.: 7558-79-4)
1 ml Citronensäure 20 % (CAS-Nr.:)

Use for:*Einsatz als Laborreagenz***Test:****Specification:**

☒	pH-Wert:	6,95 - 7,05
☒	Farbe:	klar
☒	Oberfläche:	glatt
☒	Leistungstest:	Puffer-Test
☐	Geruch:	
☐	Dichte:	
☐	Absorbtion:	
☐	Temp.:	--
☐	Osmolarität:	

Spektrogramm Vorgabe:



15 ... 25 °C